ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE AUDITIVA Y VISUAL

CHEQUEO LINEALIDAD DISPLAY

MUESTREADOR	CONSOLA SERIAL			SIMULADOR TIPO			SERIALNUMERO	
CALIBRADO POR	**FECHA**	**BOQUILLA ID #**	**D1**	**D2**	**D3**	**ΔD Hi-Lo ≤0,10 mm (0,004 in)**	**D PROMEDIO**	**ACEPTACIÓN**

Donde D1,D2,D3= Tres diferentes díametros internos de boquilla a 60º uno del otro.
Usar un calibrador con una tolerancia mínima de 0,025 mm (0,01pulgadas)

ΔD= Máxima distrancia entre dos iámetros debería ser ≤0,10 mm (0,004pulg)

Dpromedio= (D1+D2+D3)/3

Instruciones:



1) Inspeccione la boquilla por corte, abolladuras y corrosión. Si estas se encuentran deben ser corregidas antes de la calibración.

2) Si las lecturas no se encuentran dentro de ≤0,1 mm (0,004 pulg) una de otra, la boquilla debe ser corregida y recalibrada

3) Con una herramienta de marca permanente identifique cada boquilla con un único número.

Auditores

Representante Legal

C.C.

Carrera 6 N°. 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A; Pisos 3° y 4° Bloque B; Edificio Condominio | PBX: 444 1030 FAX: 444 1030 ext. 522 | BOGOTÁ, D.C. - Colombia www.secretariadeambiente.gov.co